



**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2019 – SRP

**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** Nº 069/2019

**TIPO DE LICITAÇÃO:** MENOR PREÇO POR ITEM

**OBJETO:** Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Equipamentos Laboratoriais para Atender as Demandas do Laboratório da Secretaria Municipal de Saúde de Itaúba/MT.

### ADENDO Nº I AO EDITAL

A Prefeitura Municipal de Itaúba/MT, por intermédio do seu Pregoeiro, procedeu às seguintes alterações no Edital do Pregão Presencial em epígrafe.

#### CLÁUSULA PRIMEIRA:

1.1. Fica alterada descrição e especificações técnicas mínimas do **item nº 02** constantes no Anexo I e II do edital do Pregão Eletrônico nº 043/2019, conforme descrição abaixo:

#### ONDE SE LÊ:

**APARELHO DE HEMATOLOGIA** – Conforme Especificações Técnicas Mínimas: Conjunto de reagentes para execução de hemograma completo em sangue humano; utilizando analisador hematológico automatizado; Que expresse as contagens globais de leucócitos; hemácias; plaquetas; Capacidade de armazenamento de dados até 100.000 resultados, incluindo informações numéricas e gráficas; Compatível com aparelho de 29 parâmetros ou superior; a determinação da hemoglobina (HB); do hematócrito (HT) e o cálculo dos índices hematimétricos; contador automático de células sanguíneas com no mínimo 29 parâmetros e velocidade mínima de 80 hemogramas por hora. Tubos fechados com utilização de racks e tubos abertos manuais. Gerenciamento de inventário de reagentes através de RFID; Sistema Interface permite acoplar mouse, teclado (PS2 ou USB) e pen drive, interface USB para impressora, leitor de código de barra; Ambiente Windows em português;

#### LEIA-SE:

**APARELHO DE HEMATOLOGIA** – Conforme Especificações Técnicas Mínimas: Analisador hematológico automatizado; Que expresse as contagens globais de leucócitos; hemácias; plaquetas; Capacidade de armazenamento de dados até 100.000 resultados, incluindo informações numéricas e gráficas; Compatível com aparelho de 26 parâmetros ou superior; a determinação da hemoglobina (HB); do hematócrito (HT) e o cálculo dos índices hematimétricos; contador automático de células sanguíneas com no mínimo 26 parâmetros e velocidade mínima de 60 hemogramas por hora. Tubos fechados com utilização de racks e tubos abertos manuais. Gerenciamento de inventário de reagentes através de RFID; Sistema Interface permite acoplar mouse, teclado (PS2 ou USB) e pen drive, interface USB para impressora, leitor de código de barra; Ambiente Windows em português;

#### CLÁUSULA SEGUNDA:

2.1. Em razão das alterações no edital e da publicação do presente adendo, **fica prorrogada a data de abertura da licitação para o dia 17/12/2019 no mesmo horário**, ficando **INALTERADO a quantidade e o valor estimado**, permanecendo o valor e a quantidade especificada no edital.

Avenida Tancredo Neves, 799, Centro - CEP 78.510-000

CNPJ: 03.238.961/0001-27

Fone: 066 3561-2800

www.itauba.mt.gov.br



PREFEITURA DE  
**ITAÚBA**  
*Juntos Podemos Mais*  
Gestão 2017/2020

FLS N° \_\_\_\_\_

VISTO SERVIDOR

**CLÁUSULA TERCEIRA:**

3.1. Ficam mantidas todas as demais condições do edital, no que não colidirem com as deste ADENDO.

Itaúba/MT, 03 de Dezembro de 2019.



**OTÁVIO LUIZ FIEL**  
Pregoeiro Oficial

**Publique-se**