



PREFEITURA DE

ITAÚBA

www.itauba.mt.gov.br

Ofício N° 195/SMS/2.022

Itaúba - MT, 15 de Março de 2022.

**DEPARTAMENTO JURÍDICO
COM CÓPIA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

Prezado Senhor,

Cumprimentamos cordialmente Vossa Senhoria, e através do presente estamos encaminhando a resposta referente a Impugnação de Edital de Licitação, EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 13/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 016/2022. (Conforme cópia em anexo).

✓ **Item 1**

Onde se lê:

Faixa dinâmica de no mínimo 280dB

Leia-se de no mínimo 250 dB.

✓ **Item 2**

Onde se lê:

Software integrado ao equipamento, e alta velocidade para reconstrução de imagens 3D adquiridas em Modo B e Doppler Colorido ou Power Doppler.

Leia-se: Software integrado ao equipamento, e alta velocidade para reconstrução de imagens 3D ou 4D adquiridas em Modo B e Doppler Colorido ou Power Doppler.

✓ **Item 3**

Onde se lê:

Medida automático folicular em 2D (com possibilidade 3 D)

Leia-se medida automática ou manual em 2D (com possibilidade 3D).

PROTOCOLO N°	604
DATA:	15 / 03 / 22
Servidor:	Dorh

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida da Saúde, S/N°, Centro - CEP 78.510-000
Fone: 066 3561-1408 / 3561-1522
saude@itauba.mt.gov.br



PREFEITURA DE

ITAÚBA

www.itauba.mt.gov.br

Será mantido o tradutor linear de 5.0 a 14.0 MHz, pois o termo de referência já prevê que os transdutores puderam atender ± 1 MHz para menos ou para mais, portanto dentro do solicitado.


Ana Paula Tomim da Silva
Secretária Municipal de Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida da Saúde, S/Nº, Centro - CEP 78.510-000
Fone: 066 3561-1408 / 3561-1522
saude@itauba.mt.gov.br