



ATA DA REUNIÃO DE APRECIÇÃO DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO APRESENTADO PELA EMPRESA GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA - “PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2025”.

Às 14:00 (catorze) horas/minutos (horário de mato grosso) do dia 15 (quinze) do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco (2025), reuniram-se na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Itaúba/MT, a Senhora MICHELLY LUANA PAVAN ZINI, Responsável Técnica de Laboratório, o Pregoeiro Sr. SERGIO PEREIRA DOS SANTOS e demais membros da equipe de apoio, o Sr. CAIRO ANTUNES SILVA FILHO e a Sra. MAURA IVANIR BIESEK DE SOUZA, nomeados através da Portaria nº 174/2025, de 10/04/2025, para proceder a apreciação do pedido de impugnação do edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2025**, interposto pela empresa **GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA**. A licitação tem por objeto o registro de preço para futura e eventual aquisição de kits/reagentes e insumos de laboratório (originais) para serem utilizados no equipamento Aparelho Audmax Evolution (bioquímica) da Marca Labtest, pertencentes ao laboratório da Secretaria Municipal de Saúde de Itaúba/MT. A empresa citada ingressou com suas razões tempestivamente, tendo como fundamentação para o pedido de impugnação: “ que a descrição dos reagentes citam marca específica (LABTEST), onde se nota claramente o direcionamento a somente uma marca, sendo que, o equipamento usado pelo município, apontado em edital (AUDMAX EVOLUTION) tem o sistema ABERTO, podendo assim trabalhar com várias marcas conceituadas a nível nacional e registradas pelos órgãos competentes”. Em relação ao questionamento o Sr. Pregoeiro solicitou que se registrasse em ata que após a realização de diligências via email com a empresa Labtest Diagnóstica S.A a mesma expressou que:“O analisador Audmax evolution possui sistema aberto, possibilitando desta forma a inserção de reagentes de outras marcas e não apenas da Labtest”. Em relação ao pedido de impugnação apresentado, este foi levado a conhecimento da Responsável Técnica de Laboratório desta municipalidade, através da Sra. MICHELLY LUANA PAVAN ZINI, no qual a mesma opinou pelo **RETIFICAÇÃO DO EDITAL** visando prestigiar a competitividade do certame e alertou que o aparelho de bioquímica Audmax Evolution, esta em funcionamento no Laboratório Municipal de Itaúba, e que atualmente esta operando com reagentes da marca Labtest. Ressaltou ainda que caso outra MARCA seja vencedora do certame sera necessária visita “**in loco**” assessor científico e/ou técnico qualificado para realização do cadastro dos protocolos de cada reagente, que seja realizada também a calibração e controle de todos os exames, para que assim seja garantido o bom funcionamento do aparelho e resultados confiáveis. Diante do contexto fático jurídico já exposto, devendo ser retificado o Edital do PE 026/2025, em todos seus dispositivos que versem sobre o mencionado. Após análise criteriosa das razões manifestadas pela empresa impugnante e com auxílio da Responsável Técnica do Laboratório, o pregoeiro juntamente com a equipe de apoio, visando prestigiar a competitividade do certame, entendeu por bem acatar o pedido de impugnação e proceder um adendo ao edital. Em razão das alterações no edital e da publicação do necessário adendo, **fica prorrogada a data de abertura da licitação para o dia 29/08/2025 as 08:30 horas/minutos do horário de Brasília/DF**, a ser realizada através do portal de compras



ITAÚBA

PREFEITURA



públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br). Não havendo mais nada a tratar o Sr. Pregoeiro solicitou que lavrasse a ata para que todos os presentes assinassem a mesma e deu por encerrado a presente Sessão.

PREGOEIRO:

SERGIO PEREIRA DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial

EQUIPE DE APOIO:

CAIRO ANTUNES SILVA FILHO
Membro

MAURA IVANIR BIESEK DE SOUZA
Membro

EQUIPE DE TÉCNICA:

MICHELLY LUANA PAVAN ZINI
Responsável Técnica de Laboratório
Matrícula – 1101

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilibue.agilicloud.com.br/portal/itauba/#/assinatura> e informe o código f5012072-ebdc-4aa7-801a-eca90b6b95d9, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Assinaturas

MICHELLY LUANA PAVAN ZINI (XXX.482.361-XX)

Título: Eletrônica

Assinatura: Eletrônica

CAIRO ANTUNES SILVA FILHO (XXX.635.598-XX)

Título: Eletrônica

Assinatura: Eletrônica

MAURA IVANIR BIESEK DE SOUZA (XXX.501.300-XX)

Título: Eletrônica

Assinatura: Eletrônica

SERGIO PEREIRA DOS SANTOS (XXX.414.141-XX)

Título: Eletrônica

Assinatura: Eletrônica





MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2025 – SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 050/2025
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODO DE DISPUTA: ABERTO

OBJETO: Registro de Preço para Futura e Eventual Aquisição de kits/reagentes e insumos de laboratório para serem utilizados no equipamento Aparelho Audmax Evolution (bioquímica) da Marca Labtest, pertencentes ao laboratório da Secretaria Municipal de Saúde de Itaúba/MT.

ADENDO Nº I AO EDITAL

A Prefeitura Municipal de Itaúba/MT, por intermédio de seu Pregoeiro, visando prestigiar a competitividade do certame, procedeu à seguinte retificação e alteração no Edital do Pregão Eletrônico em epígrafe, tornando público e para esclarecimento dos interessados as alterações abaixo descritas:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

1.1. Fica adicionado constantes no Termo de Referência (ANEXO I) o item 7.3. do Edital do Pregão Eletrônico 026/2025, que passa a ter a seguinte redação:

1.2. O aparelho de bioquímica Audmax Evolution, esta em funcionamento no Laboratório Municipal de Itaúba, e que atualmente esta operando com reagentes da marca Labtest. Caso outra MARCA seja vencedora do certame sera necessária visita “in loco” assessor científico e/ou técnico qualificado para realização do cadastro dos protocolos de cada reagente, que seja realizada também a calibração e controle de todos os exames, para que assim seja garantido o bom funcionamento do aparelho e resultados confiáveis.

1.3. O prazo máximo para a Calibração do aparelho com novos reagentes, será de 10 (dez) dias, contados a partir de notificação no Portal de Compras Publicas e posterior agendamento com a Responsável Técnica do Laboratório Municipal sob pena de desclassificação.

CLÁUSULA SEGUNDA:

2.1. Em razão das alterações no edital e da publicação do presente adendo, **fica prorrogada a data de abertura da licitação para o dia 29/08/2025 as 08:30 horas/minutos (Horário de Brasília/DF)** a ser realizada através do portal de compras públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br).

2.2. Fica alterado o item 5.1. do edital, passando o item a ter a seguinte redação:

“5.1. Até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá **impugnar** o ato convocatório deste Pregão exclusivamente através do endereço eletrônico licitacao@itauba.mt.gov.br ou por meio de formulário



ITAÚBA

PREFEITURA



eletrônico do sistema do site www.portaldecompraspublicas.com.br, até as 23:59h do dia 26/08/2025, no horário oficial de Brasília/DF.”

CLÁUSULA TERCEIRA:

4.1. Ficam mantidas todas as demais condições do edital, no que não colidirem com as deste ADENDO.

Itaúba/MT, 18 de Agosto de 2025.

SERGIO PEREIRA DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial

Publique-se

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/itauba#/assinatura> e informe o código a277f740-ce31-41ab-827a-08f443dfb559, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

📍 Avenida Tancredo Neves,799, Centro – CEP 78.510-000

CNPJ: 03.238.961/0001-27

📞 Fone: (66) 9 9995-1826

🌐 www.itauba.mt.gov.br

Assinaturas

SERGIO PEREIRA DOS SANTOS (XXX.414.141-XX)

Título: Eletrônica

Assinatura: Eletrônica



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/itaba#/assinatura> e informe o código a277f40-ce31-41ab-827a-08f443dfb559, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.